

【 酸素と二酸化炭素の誤接続による医療事故が発生しました。 】

<医療事故> 酸素と誤りCO₂吸入、2人死亡 : 酸素ボンベと思いこみ炭酸ガスボンベを誤接続した事例

医療ガスボンベは、



病院内で、様々な医療ガスが取り扱われているのをご存じでしたか？

ボンベの色は全国で統一されています。今一度医療ガスの取り扱い時は、確認（色・表示）を怠らないようにしましょう！さらに、各施設で医療ガスの管理を見直してみませんか？